

山西省电子计价秤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中随机抽取具有产品质量合格证明或以其他形式表明合格的产品。

抽查产品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	称量性能	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
2	除皮称量	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
3	偏载	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
4	鉴别力	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
5	重复性	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
6	蠕变	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
7	回零	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
8	倾斜	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
9	温度	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
10	湿热、稳定状态	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005
11	抗干扰性能	GB/T 7722-2005	GB/T 7722-2005

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 判定标准

GB/T 7722-2005 电子台案秤

相关的法律法规、部门规章和规范。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不

合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。