

贵州省市场监管局2022年流通领域坐便椅（凳）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	座便椅	刘贵顺	贵州省六盘水市钟山区荷城花园C区6号	/	开平市鸿展塑料科技有限公司	/	HZ-D07	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
2	坐便椅	刘贵顺	贵州省六盘水市钟山区荷城花园C区6号	/	开平市鸿展塑料科技有限公司	/	SP-D298	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
3	座便凳	李荣琴	贵州省遵义市汇川开发区罗庄家具市场内	/	橡彬木业	/	300×350×400 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
4	座便椅	李荣琴	贵州省遵义市汇川开发区罗庄家具市场内	/	成都欣懿老公馆家具有限公司	/	350×360×730 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
5	座厕椅	贵州一品药业连锁有限公司一百五十六分店	贵州省遵义市赤水市太平东路暨东门市场商住综合楼1栋1层1号门面	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC098	20220325	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
6	座便凳	安顺开发区云贵家具经营部	安顺市开发区三中对面	/	海哥木业	/	/	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
7	座便椅(木质)	杨云彬	贵州省安顺市经济技术开发区开发区虹山西路2号	/	豪派木业	/	700×360×340 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
8	座厕椅	贵州一品药业连锁有限公司安顺一分店	贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关路家用天城三期6-9幢负1层5号、6号	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC099	220315	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
9	座厕椅	安顺市西秀区广福老百姓健康药房	贵州省安顺市西秀区东关街道体育路家用天城三期10-13后楼地下室负1层2号	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC09900	220325	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
10	座厕椅	兴义市华春百货商行	兴义市桔山办浙兴商贸博览城7号馆21栋113号	/	开平市鸿展塑料科技有限公司	/	HZ-D07B	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
11	座厕凳	兴义市佳和家具城	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾商品批发物流园B3栋201-218号	/	崇州市怀远张勇木器加工厂	/	/	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	座厕椅	兴义市芯阳百货经营部	兴义市木贾办木贾商品物流城A区11栋115号	/	开平市鸿展塑料科技有限公司	/	HZ-D07	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
13	座厕椅	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司盘州一分店	贵州省六盘水市红果经济开发区江源路40号	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC082	20220628	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
14	座便凳(木质)	贵阳联新机电物质供应站	贵州省贵阳市南明区富源路34号	/	豪派木业	/	390×350×295 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
15	座便椅(木质)	贵阳联新机电物质供应站	贵州省贵阳市南明区富源路34号	/	豪派木业	/	340×360×690 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
16	座便椅(木质)	南明区万菊家电经营部	贵州省贵阳市南明区富源南路富源天地B栋2层2号	/	欣鼎木业	/	380×340×670 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
17	座便凳(木质)	贵阳市南明区衡器五金经营部	贵州省贵阳市南明区二戈寨泰安巷24号	/	欣鼎木业	/	300×350×400 (mm)	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
18	座便椅	贵阳圆心妙手医药有限公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌南路140号冠竹苑B栋1-2层2号	/	上海互邦智能康复设备股份有限公司	/	HBGX502-B	20220821	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
19	座便椅	贵阳圆心妙手医药有限公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌南路140号冠竹苑B栋1-2层2号	/	衡水隆东医疗器械有限公司	/	/	2022/3/1	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
20	座便椅	国药控股贵州大药房有限公司贵乌路分店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道贵乌南路140号冠竹苑B栋2号-8	/	衡水艳娜医疗器械有限公司	/	/	20220316	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前、后、侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	